

## Testzertifikat

---

Test	Cytotoxizität, L 929-Proliferation DIN EN ISO 10993-5, -12, ISO 9363-1, LM SOP 4-06-01
Testmaterial	CoCrW-Legierung Remanium Star, Lot-Nr. 10973
Hersteller	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstraße 31, D-75228 Ispringen
Testnummer	022450-20 (der vollständige Bericht liegt dem Kunden vor)
Testergebnis	Die Ergebnisse zeigen, daß aus der CoCrW-Legierung Remanium Star zelltoxisch wirkende Substanzen nicht freigesetzt werden.



Dr. Madlon Timme  
Testleitung



Dipl.-Ing. (FH) Anke Warschkow  
Technische Leitung